

SPECIALIOSIOS PIRKIMO SĄLYGOS (SPS)

2015 m. vasario 4 d.

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

- 1.1. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 14 straipsnio nuostatomis, Pirkimas atliekamas kitos perkančiosios organizacijos vardu. Įgaliojusi organizacija AB „Lietuvos energijos gamyba“.
- 1.2. Vykdomas neskelbiamas mažos vertės pirkimas.
- 1.3. Pirkimas vykdomas elektroniniu paštu. Bet kokia informacija, Pirkimo sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas Pirkėjo ir Tiekėjų susirašinėjimas vykdomas tik šiomis priemonėmis.
- 1.4. Šio Pirkimo metu bus vykdomos Derybos.

2. PIRKIMO OBJEKTAS

- 2.1. Pirkimo objektas - elektromagnetinis debito matavimo prietaisas (toliau tekste – Prekės).
- 2.2. Pirkimo objekto aprašymas pateikiamas Techninėje specifikacijoje.
- 2.3. Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas.

3. REIKALAVIMAI TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJAI

- 3.1. Tiekėjų kvalifikacija nėra tikrinama.

4. REIKALAVIMAI PASIŪLYMŲ PATEIKIMUI

- 4.1. Pirminį pasiūlymą reikia pateikti el. paštu algirdas.bajoras@le.lt ne vėliau kaip iki 2015 m. vasario 11 d. 10.00 val. imtinai (Lietuvos laiku).
- 4.2. Pasiūlyme Tiekėjas turi pateikti:
 - 4.1.1. užpildytą, pasirašytą ir nuskenuotą (išskyrus tuos atvejus, kai pasirašoma elektroniniu parašu) Pasiūlymo formą (su priedais);
 - 4.1.2. jungtinės veiklos sutarties kopiją, jei vieną Pasiūlymą pateikia jungtinei veiklai susivienijusių Tiekėjų grupė;
 - 4.1.3. jei Pasiūlymo dokumentus ir (ar) Pasiūlymą pasirašo vadovo įgaliotas asmuo, prie Pasiūlymo turi būti pridėtas galiojantis rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis teisę pasirašyti Pasiūlymą¹;
 - 4.1.4. dokumentus (Prekės aprašymus), kurie įrodytų jog siūloma Prekė atitinka techninės specifikacijos 5 skirsnio reikalavimus, pageidautina su nuorodomis į pateiktos techninės dokumentacijos puslapį ir punktą.
- 4.3. Pasiūlymo forma (su priedais) turi būti pateikiami lietuvių kalba, kiti dokumentai gali būti pateikiami lietuvių arba anglų kalbomis.
- 4.4. Pirkėjas, gavęs Pasiūlymą kitomis nei SPS 4.1 punkte nurodytomis priemonėmis, apie tai informuoja Tiekėją, o tokio Pasiūlymo nenagrinėja ir nevertina.

5. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS

- 5.1. Pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus atitinkantys Galutiniai Pasiūlymai bus vertinami remiantis mažiausios kainos, kuri nurodyta Pasiūlymo formoje esančios lentelės grafoje „Pasiūlymo kaina EUR be PVM“, kriterijumi.

¹ Pagal LR civilinio kodekso 2.140 straipsnio 1 dalį Juridinio asmens duodamą įgaliojimą pasirašo jo vadovas. Ant įgaliojimo, kuris sudaromas ne informacinių technologijų priemonėmis, dedamas to juridinio asmens antspaudas, jeigu jis antspaudą privalo turėti; pagal LR civilinio kodekso 2.142 straipsnio 1 dalį Įgaliojimo terminas gali būti apibrėžtas ir neapibrėžtas. Jeigu terminas įgaliojime nenurodytas, tai įgaliojimas galioja vienerius metus nuo jo sudarymo dienos.

6. PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS

6.1. Jei Dalyvis, kuris bus kviečiamas sudaryti Sutartį, atsisakys ją sudaryti, jis turės sumokėti Įgaliojusiajai organizacijai 10 proc. Dalyvio Galutinio pasiūlymo kainos EUR be PVM dydžio baudą bei padengti Įgaliojusiosios organizacijos patirtus tiesioginius nuostolius, kiek jų nepadengia aukščiau nurodyta bauda. Tiesioginiais nuostoliais bus laikomas kainos skirtumas tarp Sutartį atsisakiusio pasirašyti Dalyvio Galutinio pasiūlymo kainos EUR be PVM ir kito Dalyvio, pasiūlymų eilėje esančio po atsisakiusio sudaryti sutartį Dalyvio, Galutinio pasiūlymo kainos EUR be PVM.

7. SUTARTIES SUTARTIES KAINA

7.1. Su Laimėjusiu Dalyviu sudaromos Sutarties kaina bus lygi Laimėjusio Dalyvio Pasiūlymo kainai.

8. PRIEDAI

Priedas Nr.1 – Techninė specifikacija.

Priedas Nr. 2 – Pasiūlymo forma.

Priedas Nr. 3 – Sutarties projektas.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. SAŲOKOS IR SUTRUMPINIMAI

- 1.1. **Perkančioji organizacija** – „Lietuvos energijos gamyba“, AB
 - 1.2. **Pirkėjas** - UAB Verslo aptarnavimo centras (įgaliotoji organizacija vykdyti Pirkimą).
 - 1.3. **Tiekėjas** – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Perkančioji organizacija sudaro Sutartį.
 - 1.4. **Sutartis** – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Perkančiosios organizacijos dėl Pirkimo objekto.
 - 1.5. **Prekės** – Debito matavimo prietaisas.
-

2. PIRKIMO OBJEKTAS

Elektromagnetinis debito matavimo prietaisas.

3. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

Elektromagnetinis debito matavimo prietaisas – 1 vnt.

4. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

Elektrinės g. 21, Elektrėnai (Lietuvos elektrinė)

5. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

5.1. Esamos situacijos aprašymas

- 5.1.1. Elektromagnetinis debitomatis.
 - 5.1.2. Vamzdžio diametras DN 200.
 - 5.1.3. Nuotekų vandens temperatūra $t_d = 25 \text{ }^\circ\text{C}$.
 - 5.1.4. Nuotekų vandens slėgis $P_d = 10 \text{ bar}$.
-

5.2. Pirkimo objekto aprašymas

- 5.2.1. Debitomačio darbo režimas ilgalaikis, nepertraukiamas.
- 5.2.2. Matavimo principas – elektromagnetinis;
- 5.2.3. Debitomačio darbinė aplinkos temperatūra ne mažiau kaip $T = +5 \div +50 \text{ }^\circ\text{C}$.
- 5.2.4. Matuojama terpė – nuotekų vanduo.
- 5.2.5. Maksimali temperatūra ne mažesnė kaip $T_{\max} = +30 \text{ }^\circ\text{C}$.
- 5.2.6. Maksimalus slėgis ne mažesnis kaip $P_{\max} = 14 \text{ bar}$.
- 5.2.7. Debitomačio diametras DN200.
- 5.2.8. Debitomačio pajungimas flanšinis, pagal LST EN 1092-1 standartą, PN16, DN200 (12sk. Ø22) arba lygiavertį.
- 5.2.9. Debitomačio matavimo ruožo ilgis 350 mm.
- 5.2.10. Debitomačio matavimo ruožo medžiaga atspari nuotekų vandeniui, o elektrodai pagaminti iš nerūdijančio plieno.
- 5.2.11. Montavimo būdas – vertikalus.
- 5.2.12. Matavimo ribos ne mažiau kaip $15 \div 1000 \text{ m}^3/\text{h}$.
- 5.2.13. Debitomačio matavimo paklaida pagal 2004/22/EC (MID) direktyvos reikalavimus, MI-001 priedą..
- 5.2.14. Maitinimas 230VAC +10/-15 %.
- 5.2.15. Srovinis išėjimo signalas $4 \div 20 \text{ mA}$ HART ir impulsinis išėjimo signalas.
- 5.2.16. Srovinis išėjimas privalo būti galvaniškai atskirtas.
- 5.2.17. Debitomačio keitiklis – nuotolinė versija.
- 5.2.18. Kabelio atstumas nuo matavimo ruožo iki keitiklio $\geq 10 \text{ m}$.
- 5.2.19. Debitomačio keitiklis turi turėti vietinį LCD ekraną ir valdymo mygtukus.
- 5.2.20. LCD ekrane turi rodyti momentinį ir suminį debitą, savidiagnostikos ir gedimų pranešimus.
- 5.2.21. LCD ekranas ne mažiau 2 eilučių.
- 5.2.22. Debitomatis ir keitiklis privalo turėti gamyklines plombavimo vietas.
- 5.2.23. Debitomatis turi palaikyti HART protokolą.
- 5.2.24. Suderinamumas su HART komunikatoriais 375/475.
- 5.2.25. Debitomatis yra priskirtas teisei metrologijai.
- 5.2.26. Debitomačiui turi būti atlikta pirminė patikra pagal 2004/22/EC (MID) direktyvos reikalavimus.
- 5.2.27. Debitomatis privalo būti su MID priminės patikros patvirtinimo ženklu arba MID patikros liudijimu.
- 5.2.28. Kabelių įvedimo skylių sriegis M20×1,5.

5.2.29. Apsaugos laipsnis ne mažiau kaip IP 67.

5.2.30. Debitomatis sertifikuotas Europos sąjungoje (pažymėtas ženklų CE).

5.3. Sutartinių įsipareigojimų vykdymo tvarka ir terminai

- 5.3.1. Tiekėjas privalo Prekes pristatyti per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, nuo sutarties įsigaliojimo dienos.
- 5.3.2. Tiekėjas privalo pristatyti Prekes adresu Elektrinės g. 21, Elektrėnai (Lietuvos elektrinė) Perkančiosios organizacijos darbo laiku (I-IV 7:30 – 16:30 val., V 7:30 – 15:15 val.).
- 5.3.3. Montavimo darbus atliks Perkančioji organizacija, tačiau Tiekėjas privalės atlikti Prekių montavimo techninę priežiūrą ir paleidimo, derinimo darbus.

5.4. Sutarties vykdymo metu pateikiama dokumentacija

- 5.4.1. Kartu su pristatytomis Prekėmis turi būti pateikta Prekių montavimo, paleidimo ir eksploatavimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalbomis.